Syrian Arab Republic
Damascus university
National university Hospital
TEL:2126500 -FAX:2125860
P.o.Box:10769

الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق
المستشفى الوطني الجامعي
ت: 2126500-فاكس: 2125860-
ص.ب: 10769

محضر
11291
15/1/2026

جامعة دمشق
المستشفى الوطني الجامعي
الرقم 344
التاريخ 15/1/2026

طلب إصلاح خارجي

يرجى الموافقة والإيعاز لمن يلزم لإصلاح جهاز جذع الدماغ

رقم الجهاز: مكان الجهاز: قسم السمعيات

رقم طلب الإصلاح الداخلي: 343 / رد تاريخ 2026/1/15

الرأي الفني الأولي: خلل في التابع مصنف بالبطارية الجهاز بحاجة إلى معايرة وتأمين بطاريات يحتاج للتوصية للإصلاح من السوق المحلية مع تأمين بدروب

القيمة التقديرية للإصلاح:

المختص	رئيس الدائرة الهندسية	رئيس القسم الهندسي
الاسم سامي الكلي		د. نوال داود
التوقيع		14-1-26

قرار الإدارة: لا مانع لدينا من إجراء الإصلاح.

توقيع الاعتماد:

مدير الإدارة

٢ - أيار ٢٠٢٦

معاون المدير العام للشؤون الإدارية

٣ أيار ٢٠٢٦

المدير العام
للمستشفى الوطني الجامعي

الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق
مستشفى الأسد الجامعي الوطني

التصنيف : .....

الموضوع : .....

الرقم : .....

جامعة دمشق
المستشفى الوطني الجامعي
الرقم ١٩٢٤ / و د
تاريخ الورود ١٦ / ٣ / ٢٠٢٦

طلب إصلاح

(داخلي أو خارجي)

يرجى الموافقة على إصلاح ..... جهاز تشعيع الدم ..... صناع ..... Gammacell / 1000
في البناء ..... القسم ..... المخبر ..... الغرفة ..... المخبر الجاف .....

طالب الإصلاح	الرئيس المباشر	السيد المدير العام
الاسم : د. ريم كيلاني	الاسم : د. [illegible]	
التوقيع : 15/3/2026	التوقيع : 15/3/2026	

جواب القسم الهندسي

الجهاز بحاجة إلى إصلاح من جانب الشركة المصنعة ترجى التوجيه
لإصلاح من السوق المحلية ومعاليرة الجهاز
.....
.....

اسم الفني المختص : د. م. شوان عزاوي
التوقيع : 27-4-2026
رئيس الدائرة : م. خالد حطاب
التوقيع : 27.4.2026

الرئيس المباشر :
التوقيع
رئيس القسم : م. علاء الدين العلي
التوقيع

توجيه السيد المدير العام :
.....
.....
٢٨ نيسان ٢٠٢٦

اسم مستلم الجهاز بعد الإصلاح : .....
التوقيع : .....

Syrian Arab Republic
Damascus university
National university Hospital
TEL:2126500 -FAX:2125860
P.o.Box:10769

الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق
المستشفى الوطني الجامعي
هـ:2126500-فاكس:2125860-
ص.ب: 10769

جامعة دمشق
المستشفى الوطني الجامعي
رقم 306
تاريخ الورود 10/1/2026

طلب إصلاح خارجي

يرجى الموافقة والإيعاز لمن يلزم لإصلاح جهاز: Common مكيف

رقم الجهاز: مكان الجهاز: ط 4 بولية

رقم طلب الإصلاح الداخلي:

الرأي الفني الأولي: تلف في باب التزود بالمحرك يرجى التوجيه لشراء الباب من السوق المحلية

القيمة التقديرية للإصلاح:

المختص	رئيس الدائرة الهندسية	رئيس القسم الهندسي
الاسم		
التوقيع		

قرار الإدارة: لا مانع لدينا من إجراء الإصلاح.

توفر الاعتماد:

محاسب الإدارة: ٢٩ نيسان ٢٠٢٦

معاون المدير العام للشؤون الإدارية

٣ أيار ٢٠٢٦

المدير العام
للمستشفى الوطني الجامعي